

江油市精神病医院 空气波压力治疗仪采购公告

一、采购物名称及数量：空气波压力治疗仪一台

二、采购方式：询价

三、采购预算：贰万捌仟元

四、供应商需提供以下资质

1、报名公司营业执照

2、医疗器械经营许可证或备案凭证、所投产品医疗器械注册证

3、代理商法人给业务人员授权，双方签字(法人及业务人员身份证复印件)

4、所投产品品牌、生产厂家、型号。

5、所投产品的技术参数及配置清单。

6、产品彩页资料。

7、专用耗材、试剂和易损件清单。

8、售后服务承诺。

五、报名要求

1、现场报名，按要求填写报名表

2、按要求准备资质资料，盖鲜章

六、报名地址：江油市精神病医院五楼设备科

七、联系人、电话：陈老师 0816-3598335

公示及资料接收截止日期：2024年4月18日17点整，逾期递

交的资料不予受理。

八、参数要求:

1. **适应症:** 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变等引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗,预防静脉血栓的形成,减轻肢体水肿。
2. **操作及配置:** ≥ 5 寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作。
3. **通道数:** 两路物理通道。
4. **充放气方式:** 可双通道同时、交替、按顺序充放气。
5. **气囊腔道数:** 单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道。
6. **气囊类型:** 支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊、背部气囊。
7. **血液回盈侦测功能:** 由机器自动调节,无需手动调节。
8. **屏幕亮度:** 屏幕亮度可调节。
9. **屏保、息屏功能:** 支持屏幕保护、息屏功能。
10. **屏幕显示:** 主界面可显示实时治疗压力。
11. **压力范围:** 0-200mmHg。
12. **压力调节方式:** 每腔任意压力值调节压力,且每腔之间压力差值可任意调节,调节步进 ≤ 3 mmHg。
13. **零压跳过功能:** 具有零压跳过功能。
14. **治疗方案:** > 20 种,含专业防栓梯度压力(DVT治疗)方案
15. **治疗模式:** 循环和梯度治疗。

16. 治疗时间：治疗时间 1-999 分钟可调，支持不间断治疗方案。
17. 内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，待机时间 > 48 小时。
18. 具备手康复气囊专利 。
19. 噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音 ≤ 60dB 。
20. 无线扩展功能：支持选配连接空气波中央工作站使用。
21. 故障自诊断及报警功能：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示。

